

OBJEDNÁNÍ: den: hodina:



Thomayerova nemocnice
Oddělení MR, pavilon X
Vítězská 800 140 59 Praha 4
tel.: 2 6108 3258

Objednávky na MR vyšetření
tel.: 2 6108 3258, 603 151 342
v době provozu MR
(7:30 – 15:00)

MR

ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ MR

ČITELNĚ VYPLNÍ INDIKUJÍCÍ LÉKAŘ

Příjmení a jméno pacienta:

.....

místo pro štítek

Rodné číslo:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adresa pacienta:

.....

.....

Telefon pacienta - mobil:

(pro případ přeobjednání)

Kód pojišťovny:

Razítko odesílajícího oddělení:

Indikující lékař:

Telefon lékaře (nebo odesílajícího oddělení):

Klinická diagnóza kód:

Klinická diagnóza slovy:

Stručná epikríza:

Hmotnost pacienta: kg
Výška pacienta: cm

Požadované vyšetření (oblast):

Očekávaný přínos MR:

Výsledky předchozích vyšetření (SONO, rtg, laboratorní testy, předchozí operační zákroky, CT):

IMPLANTOVANÝ KARDIOSTIMULÁTOR JE ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACÍ VYŠETŘENÍ MR!!!

Onemocnění ledvin

ANO

NE

Přítomnost kovových materiálů v těle pacienta

ANO

NE

Pokud je nemocný nositelem cizího tělesa z níže uvedených skupin - specifikujte!

(možnost provedení vyšetření konzultujte s personálem MR)

kovových implantátů

intrauterinního tělíska

kovových cévních svorek

nemocný je alergický – specifikace:

kovových střepek, úlomků

chlopenní náhrady

nemocná je těhotná

Indikující lékař je zodpovědný za řádné vyplnění žádanky a základní poučení pacienta před vyšetřením MR!

.....
Datum a podpis indikujícího lékaře

Upozornění: Neúplně vyplněné žádanky nebudou akceptovány!

V případě nejasností ze strany lékaře či pacienta se telefonicky obraťte na 261083258.

Tuto žádanku i informovaný souhlas naleznete na internetu Thomayerovy nemocnice.

V případě, že se pacient nedostaví na vyšetření bez předchozí omluvy, nebudeme schopni, vzhledem k časové a finanční náročnosti, zajistit časný náhradní termín. Děkujeme za pochopení!

Výsledky si přeji odeslat (platí pro ambulantní pacienty mimo Thomayerovu nemocnici):

poštou faxem (číslo vypište)

Pozn.: Nosnost vyšetřovacího stolu činí 130 kg. Průměr vyšetřovacího tunelu je 55 cm.