



**Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou**

Vídeňská 800

140 59 Praha

[www.ftn.cz](http://www.ftn.cz)

Název VZ	FTNsP Praha 4– Rekonstrukce akutních chirurgických provozů – pavilon B4
Evidenční číslo VZ	60058274
Odpověď na dotaz uchazeče ze dne	17.5.2011

**DOTAZ č. 37 – elektronicky**

**Dotazující: A.M.I. Analytical Medical Instruments s.r.o., Letohradská 3/369, Praha 7**

**Text dotazu:**

V příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace zdravotnických přístrojů zadavatel u položky 02 Argon modul – rozšíření elektrochirurgického generátoru VIO 300 1ks uvádí zadavatel:

1.Argonplazmový modul, k stávajícímu elektrochirurgickému generátoru VIO 300

20.Kompatibilita se stávajícím elektrochirurgickým generátorem ERBE VIO 300

Akceptuje zadavatel nabídku obsahující argonplazmový modul předepsaných vlastností, zahrnující elektrochirurgický generátor obdobných vlastností jako je stávající elektrochirurgický generátor ERBE VIO 300? Důvodem návrhu tohoto řešení je jedinečnost požadovaného přístroje na trhu.

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel trvá na zadání technické specifikace.

Oddělení je plně saturováno elektrochirurgickými generátory a potřebuje jeden z přístrojů pouze doplnit o modul argonplazmy.

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA  
ředitel FTNsP

Fakultní Thomayerova nemocnice  
s poliklinikou  
140 59 Praha 4 – Krč, Vídeňská 800  
ředitel