



Thomayerova nemocnice
Videňská 800
140 59 Praha 4
www.ftn.cz

Název VZ	TN Praha 4 – Rekonstrukce akutních chirurgických provozů-pavilon U – dodávka zdravotnických přístrojů
Značka na IS VZ US	7202011011270
Odpovědi na dotazy uchazečů ze dne	15.5.2012

DOTAZ č. 6 – elektronicky

Dotazující: Daniševský spol. s r.o., Hegerova 987,572 01 Polička

Text dotazu:

*Ucházíme se o veřejnou zakázku, jejíž předmětem plnění je dodávka zdravotnických přístrojů, v našem případě dodávka Operačního svítidla. Chtěla bych se zeptat, zda bod č.8 v zadání technických parametrů **Volitelná teplota chromatičnosti**, musí být bezpodmínečně splněn.*

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel trvá na volitelné teplotě chromatičnosti. Tento dotaz již byl odpovězen v dodatečném dotazu č. 1.

DOTAZ č. 7 – elektronicky

Dotazující: MSM spol. s r.o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram

Text dotazu:

V části 4 zadávací dokumentace (stanice infuzní) požaduje zadavatel u pracovní stanice uchycení osmi přístrojů s možností rozdělení na 2 x 4. Bude tedy akceptována nabídka na dvě infuzní stanice po 4 přístrojích?

Odpověď zadavatele:

Ano. Bude akceptována i nabídka na dvě infuzní stanice po 4 přístrojích.

DOTAZ č. 8 – elektronicky

Dotazující: RADIX CZ s.r.o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora

Text dotazu:

Je možné se účastnit některé části VZ samostatně a i jako subdodavatel kompletátora?

Odpověď zadavatele:

Tuto problematiku upravuje § 69 odst. 2 ZVZ.

V Praze dne 17.5.2012

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel TN

Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4 – Krč, Videňská 800
ředitel