



Thomayerova nemocnice
Videňská 800
140 59 Praha 4
www.ftn.cz

Název VZ	TN Praha 4 – Rekonstrukce akutních chirurgických provozů-pavilon U – dodávka zdravotnických přístrojů
Značka na IS VZ US	7202011011270
Odpověď na dotaz uchazeče ze dne	2.4.2012

DOTAZ č. 1 – elektronicky

Dotazující: B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Text dotazu:

Zadavatel požaduje u pol. 232110 Svítidlo operační 2-zdrojové s přípravou pro kameru „Barevná teplota cca 4300 K“ a „Volitelná teplota chromatičnosti“. Volitelná teplota chromatičnosti má význam čistě teoretický a pouze v ideálních podmínkách, kdy nedochází k zastínění LED diod. V tomto případě je totiž teplota chromatičnosti závislá i na sebemenším zastínění světla tělem operátora, což má za následek vždy jiný odstín operované tkáně. V současné době lze tomuto jevu předejít monochromatickým světlem, jehož teplota chromatičnosti není nijak ovlivněna stíněním světla. Lze tedy nabídnout i operační svítidlo monochromatické 4500 K, a to vzhledem k výše uvedenému a lepšímu praktickému užití?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním zadání, tj. na dodávce LED svítidla s volitelnou teplotou chromatičnosti.

V Praze dne 4.4.2012


MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel TN

Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4 – Krč, Videňská 800
ředitel