



Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4

www.ftn.cz

Název VZ	TN Praha 4 – Rekonstrukce akutních chirurgických provozů-pavilon U – dodávka zdravotnických přístrojů
Značka na IS VZ US	7202011011270
Odpověď na dotazy uchazečů ze dne	10.4.2012, 11.4.2012

DOTAZ č. 2 – elektronicky

Dotazující: B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Text dotazu:

2. část VZ - LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA/Položka č. 1 Kamerová jednotka - videoprocessor s klávesnicí :

- systém pracující v rozlišení min. HD 1080

Má zadavatel tímto označením na mysli rozlišení minimálně 1920 x 1080 pixelů?

Odpověď zadavatele:

Ano. Požadavek na rozlišení min. HD je požadavek na rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů.

DOTAZ č. 3 – elektronicky

Dotazující: B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Text dotazu:

2. část VZ - LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA/Položka č. 5 Hlava kamerová:

- kamerová hlava podporující technologii min. HD

Má zadavatel tímto označením na mysli rozlišení 1920 x 1080 pixelů?

Odpověď zadavatele:

Ano. Požadavek na rozlišení min. HD je požadavek na rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů.

DOTAZ č. 4 – elektronicky

Dotazující: POLYMED Medical CZ a.s., P. Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové

Text dotazu:

Pokud chceme nabídnout přístroj, na který ještě nemáme referenční prodej z důvodu nového zboží na trhu – je to možné dát jako výjimku nebo bychom byli vyřazeni?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodání 3 referencí o obdobných dodávkách zdravotnických přístrojů realizovaných na základě smlouvy v posledních 3 letech. Reference o obdobné dodávce zdravotnické techniky však není vztažena na referenci o dodání přesně stejného zdravotnického přístroje, jako je poptávaný přístroj.

Nedodání tří referencí by bylo posuzováno jako nesplnění kvalifikačních předpokladů. K plnění kvalifikačních předpokladů lze využít § 51 ZVZ.

V Praze dne 12.4.2012

Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4 – Krč, Vídeňská 800
ředitel


MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel TN