



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podle §44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších změn a doplnění
(dále také jen „ZVZ“)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**„TN Praha 4 - Rekonstrukce akutních chirurgických provozů - pavilon U- dodávka
zdravotnických přístrojů“**

vše zadávané v otevřeném řízení, dle § 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 ZVZ

„nadlimitní zakázka na dodávku“

**Číslo jednací:
TN-Ř- 7/2012**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Thomayerova nemocnice

Příspěvková organizace, IČ 00064190,
se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná cena

1.1 **CPV:** Dodávka zdravotnických přístrojů (soubor)

(CPV: 33167000-8, 33168100-6, 33161000-6, 33194110-0, 33195100-4, 33123200-0, 33157400-9)

1.2 **Předpokládaná hodnota 5.605.000,- Kč** bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že je vázán dodržáním schváleného rozpočtu s ohledem na přidělenou státní dotaci a proto stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny (tj. ceny bez DPH) u každého přístroje (viz. část 5. této zadávací dokumentace).

1.3 Předpokládané datum dodání zdravotnických přístrojů - **30.11.2012**

2. Místo plnění:

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, Pavilón U (gynekologie).

3. Rozdělení veřejné zakázky na části:

3.1 Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny v bodech 5.1 až 5.7 této zadávací dokumentace. Uchazeč může podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky.

3.2 Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně podle stejných hodnotících kritérií uvedených v bodě 12. této zadávací dokumentace.

3.3 Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva.

3.4. Podává-li zájemce nabídku na několik částí současně, předkládá nabídku v jediné obálce s tím, že kvalifikační předpoklady jsou společné, avšak na každou část VZ musí být samostatná kupní smlouva. V názvu VZ na obálce nabídky musí být jednotlivé části VZ vypsány.

4. Popis předmětu veřejné zakázky a obchodní podmínky:

4.1. **Předmětem veřejné zakázky** je dodávka nových zdravotnických prostředků podle technických specifikací uvedených v bodech 5.1 až 5.7 této zadávací dokumentace, včetně:

- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu,
- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce **2 x v písemné podobě a 2 x na CD** a dodání prohlášení o shodě, příslušné dokumentace dle zákona č.123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a dále dokladů dle zákona č. 18/1997 Sb. a zákona č. 505/1990 Sb.,
- komplexní zaškolení příslušných zaměstnanců (tj. techniků a obsluhujícího personálu), dodání protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu,
- poskytování bezplatného záručního servisu.

4.2. Obchodní podmínky

- Podrobné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (závazný návrh smlouvy).
- Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu.
- Uchazeč po dodání přístroje a podepsání předávacího protokolu vystaví fakturu se **splatností 14 dnů**.
- Úhradu faktury zadavatel provede v české měně z přidělené státní dotace. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu zadavatele..
- Zadavatel si vyhrazuje právo, aby nebyl penalizován úrokem z prodlení do 30 dnů po lhůtě splatnosti (pro případ včasného neobdržení státní dotace).

- Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- Záruční lhůta na dodávky zdravotnických prostředků, jejich příslušenství či technologií se sjednává v délce lhůty, kterou nabídne uchazeč, nejméně však 24 měsíců.
- Uchazeči jsou povinni přiložit k nabídce též podmínky případného budoucího pozáručního servisu se závazkem uzavřít smlouvu za podmínek, budou-li k tomu zadavatelem do uplynutí záruční lhůty vyzváni. Pod pojmem pozáruční servis se rozumí servis po uplynutí záruční doby a po dobu deklarované životnosti přístroje výrobcem od předání a převzetí přístroje.
- Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

5. Části veřejné zakázky:

Pokyny společné pro všechny části: Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

5.1 1. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Svítilno operační LED dvouramenné

Stropní svítidlo LED diodová technologie je současný standard světelného zdroje, užívaný na operačních sálech při všech typech operací. Sestává se soustavy dvou reflektorů o vysoké a regulovatelné svítivosti, která zajišťuje dostatečně intenzivní, kvalitní, centrované a nasměrované osvětlení operované krajiny. Součástí světla je příprava pro budoucí digitální videokameru umístěnou v operačním svítidle.

Minimální zadavatelem požadované technické parametry Technické podmínky (§ 45 ZVZ). Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 600.000,- Kč	Uchazečem nabízená hodnota <i>(uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje)</i>
Název: <i>(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	

1)	Stropní operační svítidlo - dvě osvětlovací tělesa LED-diodové	
2)	Svítivost svítidla č.1 min. 160.000 lux	
3)	Svítivost svítidla č.2 min. 120.000 lux	
4)	Ovládání svítidla – na rukojeti světel a ovládací panel na stěně op.sálů	
5)	Barevná teplota cca 4300 K	
6)	Index Ra min. 94	
7)	Životnost LED cca min. 30.000h	
8)	Volitelná teplota chromatičnosti	
9)	Regulace světelné intenzity	
10)	Třetí rameno na lékařský LCD monitor	
11)	Příprava na digitální kamerový systém umístěný ve sterilní rukojeti v tělese hlavního svítidla včetně prokabelování.	

5.2 2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Laparoskopická sestava

Umožňuje diagnostické a operační laparoskopické a hysteroskopické výkony v oboru gynekologie v plném rozsahu oboru a v plném rozsahu nejnovějších známých operačních technik, včetně současného použití harmonického skalpelu s bipolární koagulací v jednom nástroji. Laparoskopický komplex zajišťuje při laparoskopických a hysteroskopických operačních výkonech maximální dostupnou bezpečnost výkonu pro pacienta.

Minimální zadavatelem požadované technické parametry Technické podmínky (§ 45 ZVZ). Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 2.850.000,- Kč	Uchazečem nabízená hodnota <i>(uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje)</i>
Název: <i>(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	

1) Kamerová jednotka – videoprocесor s klávesnicí	
• systém pracující v rozlišení min. HD 1080	
• automatické nastavení bílé	
• ovládání nastavení systému z kamerové hlavy	
• zobrazení obraz v obraze	
• pořizování digitální fotodokumentace, videosekvencí a její archivace ve formátech TIFF a JPEG např. přes USB	
• standardizované vstupy/výstupy: DVI, SDI, RGB, S-video, Composite	
• automatické ukládání nastavení systému při jeho vypnutí	
• uživatelské předvolby nastavení systému	
• digitální zoom	
• digitální úprava obrazu (kontrast)	
2) Monitor LCD	
• typ LCD	
• úhlopříčka min. 26"	
• rozlišení min. 1920 x 1200 zobrazovacích bodů	
• progresivní scan	
• vstupy/výstupy pro připojení: RGB, BNC, S-video, HD/SD-SDI	
• Medicínský atest	
• podstavec pro umístění na vozík	
3) Monitor LCD pomocný	
• typ LCD	
• úhlopříčka min. 21"	
• rozlišení min. 1600 x 1200 zobrazovacích bodů	

• vstupy / výstupy pro připojení: RGB, BNC, S – video, HD/SD-SDI	
• Medicínský atest	
• umístění na stropní rameno operačního svítidla	
4) Zdroj světla	
• typ "xenon"	
• výkon min. 300W	
5) Hlava kamerová	
• kamerová hlava podporující technologii min. HD	
• lomený vývod kamerové hlavy	
• s očníkovým adaptérem	
• kabel kamerové hlavy délka min. 3m	
• spínače dálkového ovládání programovatelné min. 2 ks	
6) Pumpa hysteroskopická s balančním systémem	
• průtok nastavitelný do cca 0,5l/min	
• tlak nastavitelný do cca 150mmHg	
• balanční závěsný systém (na vaky s fyziologickým roztokem) integrován ve vozíku	
• dva vážicí elementy	
• umístění min. 4 odpadních nádob	
• Displej	
• vizuální a akustický alarm (tlak a únik roztoku)	
• Příslušenství: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1ks vozík ○ 1ks set hadicový pro připojení dvou vaků (autoklávovatelný) ○ min. 4 odpadní nádoby 2-3l (propojitelné mezi sebou) ○ 1ks hadicový set pro propojení odpadních nádob 	
7) Morcelátor	
• řídicí jednotka	
• rukojeť s pohonným motorkem, převodovkou a kabelem	
• jednoduché tlačítkové ovládání	
• displej	
• rychlost otáčení nože min. 800 ot./min	
• regulovatelnost otáček a změna směru otáčení	
• Příslušenství: vnější trokarový plášť se zavaděčem 1ks úchopové kleště 1ks nožní pedál 1ks rotační řezací nůž o průměru min.15mm 1ks sterilizační kontejner 1ks	
8) Hysteroskop flexibilní	
• technologie fibroskop	
• zorné pole min. 90°	
• úhel pohledu 0°	
• pracovní délka min. 200mm	
• vnější průměr distálního konce max. do 3,6mm	
• průměr pracovního kanálu cca min. 1 mm	
• rozsah ohybu (angulace): nahoru / dolů min. 70°	
• Příslušenství: flexibilní úchopové kleště 1ks tester těsnosti endoskopu 1ks	
9) Minihysteroskop rigidní	
• optika průměru cca 2mm	
• úhel pohledu 0-30°	
• průměr vnějšího pláště do max. 3,6mm	
• jednocestný proplach	
• autoklávovatelnost	
• Příslušenství: sterilizační kontejner 1ks světlovodný kabel 1ks	
10) Hysteroskop rigidní „2ks“	
• optika průměru cca 3mm	
• úhel pohledu 12°	

<ul style="list-style-type: none"> • vnější plášť 5,5mm s 5Fr pracovním kanálem 	
<ul style="list-style-type: none"> • průběžný proplach 	
<ul style="list-style-type: none"> • autoklávovatelnost 	
Příslušenství: semiflexibilní bioptické klíšťky 5Fr 2ks semiflexibilní monopolární háček 5Fr 2ks semiflexibilní úchopové kleště 5Fr 2ks sterilizační kontejner 2ks světlovodný kabel 2ks	
11) Dezinfektor manuální	
<ul style="list-style-type: none"> • Vozík dezinfekční pojízdný pro třífázovou dezinfekci flexibilních endoskopů 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pumpa manuální tlaková pro čištění kanálů 	
<ul style="list-style-type: none"> • Police pro nádoby na chemikálie 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nádoby pro chemikálie 	
12) Vozík přístrojový pojízdný a závěsný na stativ operačních sálů	
<ul style="list-style-type: none"> • pro umístění min. 7ks přístrojů 	
<ul style="list-style-type: none"> • vybavení přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V 	
<ul style="list-style-type: none"> • držák infuzních vaků 	
<ul style="list-style-type: none"> • zásuvka pro klávesnici pro ovládání kamerové jednotky 	
13) Instrumentárium	
<ul style="list-style-type: none"> • 3x laparoskopická optika průměr 10mm, úhel pohledu 30°, včetně sterilizačního kontejneru • 3x světlovodný kabel cca 3m • 8x trokarová pochva cca min.10 mm, délka pracovní části min. 80 mm vč. náhr. ventilu a těsnění • 6x trokarový konický bodec cca min.10 mm • 6x redukce 5 / 13 / 11 mm • 8x trokarová pochva cca 5,5 mm, délka pracovní části min. 80 mm vč. náhr. ventilu a těsnění • 4x trokarový bodec cca 5,5mm konický • 5x laparoskopické atraumatické úchopové kleště cca 5x330mm, délka čelistí 16mm • 4x laparoskopické atraumatické úchopové kleště cca5x330mm, typu Clinch , délka čelistí 26mm • 4x laparoskopické disekční kleště otočné typ Maryland cca5x330 mm, délka čelistí 17mm • 3x laparoskopické bioptické kleště cca 5xcca330 mm, délka čelistí 12mm • 5x laparoskopické nůžky typu „Metzenbaum“, otočné, cca 5x330 mm, délka čelistí 19mm • 2x laparoskopické nůžky typu „Hook“, otočné, cca 5x330 mm, délka čelistí 12mm • 4x bipolární úchopové kleště otočné typu Johan cca 5x330 mm, délka čelistí 16,5mm • 2x bipolární disekční kleště otočné typ Maryland cca 5x330 mm, délka čelistí 14,7mm • 6x bipolární kabel • 4x odsávací ručka pro sací a ods. tubusy, průměr cca 8 mm • 4x sací a odsávací tubus cca 5mm délka 360 mm • 4x hadicový set pro použití se 2 vaky 	

5.3 3. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Elektrochirurgická jednotka – dovybavení stávající laparoskopické sestavy

Elektrokoagulační jednotka: Umožňuje veškeré známé typu elektrického řezu a koagulace (monopolární, bipolární a sprejové) a jejich kombinace, či smíšení technik. Umožňuje kombinaci harmonické energie a bipolární v jednom nástroji. Umožňuje připojení až 4 nástrojů s různými typy použité koagulace a řezu. Svými automatickými funkcemi zajišťuje maximální bezpečnost pro pacienta a to při operativně jak laparoskopické, tak hysteroskopické, ale i otevřené.

Minimální zadavatelem požadované technické parametry Technické podmínky (§ 45 ZVZ). Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 1.050.000,- Kč	Uchazečem nabízená hodnota <i>(uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje)</i>
Název: <i>(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	

Elektrochirurgická jednotka	
• s modulem pro elektrochirurgickou koagulaci a řez měkkých tkání	
• pro otevřenou, laparoskopickou a obecnou endoskopickou operativu	
• standartní rozsah monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (např. čisté, smíšené, sprej, urologická a gynekologická enodresekce ve fyziol. roztoku atd.)	
• s modulem hybridní technologie pro současné synergické působení ultrazukové a bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel sealing) až do velikosti 7mm	
• připojení universálních nástrojů zajišťujících současnou aplikaci obou technologií v jednom okamžiku (ultrazukový skalpel a ligace cév, bipolární koagulace)	
• výkonový rozsah od 0 - 320W	
• automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie	
• displej dotykový	
• připojení současně až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů	
• automatické rozpoznání připojeného nástroje	
• ruční i nožní ovládání	
• automatické rozpoznání kvality fyziologického roztoku	
• režimy u bipolární koagulace - autostop a autostart	
• uložení min. 30 používaných výstupních hodnot	
• monitorace kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta (alarm zvukový a vizuální)	
• interface pro automatické odsávání elektrochirurgického kouře a mlhy (připojení se stávající jednotkou UHI-3)	
• zobrazení chybových hlášení vizuálně a zvukově	
Příslušenství: HF kabel k bipolárním nástrojům 2ks nožní spínač 1ks převaděč 1ks neutrální elektroda resterilizovatelná 1ks kabel k neutrální elektrodě 1ks kabel propojovací 2ks adapter k UHI-3 1ks laparoskopický nástroj zajišťující současnou aplikaci harmonické a bipolární energie 5x300mm 5ks Hysteroresektoskop bipolární „2ks“: optika průměru 4mm úhel pohledu 12° vnější plášť průměr min. 8,5mm se dvěma ventily, rotační vnitřní resekční plášť o průměru 8,5mm, se zavaděčem (obturátorem) pracovní element pro práci ve fyziologickém roztoku, pasivní autoklávovatelnost bipolární kabely 2ks sterilizační kontejner 2ks světlovodný kabel 2ks	

resekční elektroda typu Loop, 12°, medium 12ks resekční elektroda typu Roller, 12° 12ks resekční elektroda typu Angled Loop, 12°, medium 12ks	
---	--

5.4 4. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Stanice infuzní 2 ks

Infuzní stanice slouží k podávání tekutin a léků do žíly pacienta a to diferencovaně podle nároků na složení jednotlivých roztoků, možnosti jejich mísení, nutnosti proměnného zrychlování či zpomalování podávání jednotlivých roztoků a léků. Infuzní stanice je vybavením resuscitačního oddělení v součinnosti s ostatními přístroji.

Minimální zadavatelem požadované technické parametry Technické podmínky (§ 45 ZVZ). Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: za 2 Ks 610.000,- Kč	Uchazečem nabízená hodnota <i>(uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje)</i>
Název: <i>(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	

Pracovní stanice 1ks	
Možnost uchycení min. 8 přístrojů lineárních dávkovačů a infuzních pump (možnost rozdělení na 2x4)	
Uchycení na eurolištu či infuzní stojan	
Infuzní pumpy objemové „5ks“	
Rozsah dávkování 0,1 až 1200 ml/hod.	
Přesnost dávkování ± 5 %	
Podání bolus/proplach	
Rychlost režimu v KVO odpovídající zadanému průtoku	
Paměť na seznam min. 100 léků	
Hmotnost přístroje max. 2,5kg	
Displej	
SW v ČJ	
Lineární dávkovače 5ks	
Použití jednorázových stříkaček: 5 ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60 ml od různých výrobců s automatickou detekcí velikosti stříkačky	
Přesnost dávkování u přístroje ± 1 %	
Přesnost dávkování u stříkaček ± 2 %	
Rozsah dávkování 0,1- 999,9 ml/hod.	
Podání bolus/proplach	
Systém KVO s možností volby rychlosti	
Displej	
Paměť na seznam min. 50 léků	
SW v ČJ	
Hmotnost přístroje max. 2,5kg	

5.5 5. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Fetální monitor

Fetální/mateřský monitor je určen pro neinvazivní monitorování fyziologických parametrů těhotných žen při antepartálním vyšetření, během porodních stahů a při porodu. Monitor je určen k monitorování srdeční frekvence plodu a matky, děložních stahů a neinvazivního krevního tlaku matky.

Technický list přístroje Minimální zadavatelem požadované technické parametry (§ 45 ZVZ) Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 245.000,- Kč	Uchazečem nabízená hodnota <i>(uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje)</i>
Název: <i>(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	

1. Monitorování srdeční frekvence plodu	
2. Monitorování dvojčat	
3. Monitorování děložních stahů	
4. Záznam četných pohybů plodu	
5. Automatické-zobrazení pulsu matky	
6. Akustické a vizuální alarmy	
7. Měření neinvazivního tlaku matky vč. manžety	
8. Ovládání v českém jazyce	
9. Barevný displej	
10. Integrovaný zapisovač – tisk na termocitlivý papír	
11. Požadované příslušenství: - 2ks ultrazvuková sonda - 1ks TOCO sonda - kit spotřebního materiálu (papír, gel, břišní pásy,) - vozík se zásuvkami	

5.6 6. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

EKG přístroj

EKG slouží k základnímu vyšetření v kardiologii (snímání elektrické aktivity srdečního svalu a záznamu ve formě elektrokardiogramu).

Technický list přístroje Minimální zadavatelem požadované technické parametry (§ 45 ZVZ) Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 60.000,- Kč	Uchazečem nabízená hodnota <i>(uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje)</i>
Název: <i>(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	

1.12-ti kanálové EKG se záznamem a tiskem všech 12-ti svodů	
2.Paměť EKG záznamů	
3.Interpretace EKG křivky	

4.Napájení ze sítě nebo AKU	
5.Režimy AUTOMAT, MANUAL, LONG	
6.Jmenovitá kontrola kontaktu elektrod	
7.Detekce kardiostimulátoru a ochrana proti defibrilaci	
8.12-ti kanálový LCD displej	
9.Integrovaná tiskárna – tisk na termocitlivý papír	
10.Klávesnice	
11. Příslušenství: transportní vozík pacientský kabel, hrudní a končetinové elektrody termocitlivý papír	

5.7 7. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Ventilátor transportní pro ARO

Transportní ventilátor určený pro ventilaci dospělých pacientů při transportu uvnitř nemocnice.

Technický list přístroje Minimální zadavatelem požadované technické parametry (§ 45 ZVZ) Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 190.000,- Kč	Uchazečem nabízená hodnota <i>(uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje)</i>
Název: <i>(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	

1) Transportní ventilátor pro ventilaci dospělých pacientů	
2) Ventilací režimy umožňující plně řízenou a podpurnou ventilaci	
3) Nastavení inspiria k expiriu, nastavení PEEP	
4) Ventilace 100% kyslíkem a směsí kyslík / vzduch	
5) Monitorování zvolených ventilačních parametrů: dechová frekvence dechový objem tlak v dýchacích cestách	
6) Alarmové zajištění zvolených ventilačních parametrů: o max. tlak v dýchacích cestách o dechový objem	
7) Alarm při poklesu tlaku hnacích plynů	
8) Provoz na integrovanou baterii po dobu min. 4 hod.	

6. Kvalifikační předpoklady – společné pro všechny části VZ:

- 6.1 Dodavatel je povinen v souladu s § 50 odst. 1 ZVZ prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem k hodnocení nabídek v otevřeném řízení.
- 6.2 Doklady požadované ke splnění kvalifikace mohou být v souladu s § 57 odst. 1 ZVZ předloženy v kopii. Doklady se podávají ve formě podle § 51 odst. 7 ZVZ. Zadavatel má právo vyžádat si originál nebo úředně ověřenou kopii kteréhokoliv dokladu.
- 6.3 Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče.
- 6.4 Dodavatel, který nepředloží v nabídce požadované doklady způsobem stanoveným zákonem nebo zadavatelem bude ze zadávacího řízení vyloučen.
- 6.5 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90

kalendářních dnů.

- 6.6 Splněním kvalifikace se rozumí splnění základní kvalifikačních předpokladů dle § 53, profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 a prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ.
- 6.7 Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 ZVZ bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
- 6.8 Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

A. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ, tj. že:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
- l) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
- m) má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%

B) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ, tj. předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

C) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 ZVZ, tj. předložením:

- a) **pojistné smlouvy**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu; obsahující min. následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo uchazeče, druh pojištění, výši pojistné částky, označení oprávněného k čerpání pojistné smlouvy; s platností minimálně po celou dobu plnění této veřejné zakázky.

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží všichni dodavatelé, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. **1 000 000,- Kč** (slovy: *jedenmilión korun českých*). Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát může být doložena v kopii.

D. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 ZVZ, tj. předložením:

- a) **seznamu významných dodávek** a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek.

Způsob prokázání těchto kvalifikačních předpokladů: Uchazeč doloží min. 3 řádně splněné obdobné dodávky zdravotnických přístrojů realizované na základě smlouvy v posledních 3 letech.

E. Splnění kvalifikačních předpokladů

- I. Splnění základních kvalifikačních předpokladů (**ad A.**) prokazuje zájemce předložením:
 - a) výpisem z evidence Rejstříku trestů - bod a) a b),
 - b) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení bod f),
 - c) potvrzením příslušného orgánu či instituce - bod h),
 - d) čestným prohlášením - body c) až e), g), i) až m).
- II. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (**ad B.**) prokazuje zájemce předložením:
 - a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 - b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ho živnostenské oprávnění či licenci.
- III. Splnění základních kvalifikačních předpokladů jakož i profesních kvalifikačních předpokladů může zájemce nahradit předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle § 133 a násl. ZVZ certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému

certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených nebo výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů dle § 143 ZVZ.

- IV. Prokazování kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně: Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu.
- V. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
- VI. Lhůta pro podání dokladů o kvalifikaci - Zadavatel požaduje, aby veškeré informace a doklady prokazující kvalifikaci uchazeče, byly součástí nabídky. Lhůta je shodná se lhůtou pro podání nabídek.
- VII. Zadavatel resp. zadavatelem pověřená komise posoudí prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče z hlediska požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.
- VIII. Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem dle § 59 odst. 4 ZVZ.
- IX. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu dle § 60 ZVZ.

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

- 7.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky (každé jeho části samostatně) včetně daně z přidané hodnoty, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění: cena v celých CZK bez (DPH).
- 7.2 Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky.

8. Požadavky na zpracování nabídky:

- 8.1 Zájemce může podat pouze jednu nabídku na každou část VZ.
- 8.2 Nabídka musí být zpracována v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a na základě této zadávací dokumentace.
- 8.3 Nabídka bude v členění:
Identifikační údaje o uchazeči,
 - a) Krycí list nabídky
 - b) obsah svazku,
 - c) smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina (případá-li v daném případě v úvahu),
 - d) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů,

- e) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
- f) doklady k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
- g) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (**vyplněné technické listy**, prohlášení o shodě a technický popis přístroje od výrobce v českém jazyce a fotografie), ze kterého bude patrné a dohledatelné, že uchazečem nabízené přístroje mají skutečně parametry jako parametry doplněné uchazečem v technickém listu podle této zadávací dokumentace).
- h) návrh smlouvy,
- i) přílohy návrhu smlouvy,
- j) další doklady a informace požadované v zadávacích podmínkách ,
- l) prohlášení o počtu listů.

8.4 Nabídka musí obsahovat návrh podmínek o provádění záručního a pozáručního servisu podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce/dodavatele .

8.5 Nabídka se podává písemně ve formátu A4, v českém jazyce a v jedné řádně uzavřené obálce. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky (**TN Praha 4 - Rekonstrukce akutních chirurgických provozů - pavilon U- dodávka zdravotnických přístrojů – ČÁST xx VZ**), číslem jednacími zadavatele a musí na ní být rovněž uvedena adresa zájemce.

POZOR: označení části VZ v názvu je nutné (např. dodávka zdravotnických přístrojů – ČÁST 1,2,3 VZ).

8.6 Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii. Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena jako „kopie“. V případě existence rozporů mezi vyhotoveními nabídky se považuje za rozhodující obsah a text originálního vyhotovení nabídky.

8.7 Každé jednotlivé vyhotovení nabídky bude svázáno do svazku, který bude dostatečným způsobem zabezpečen proti manipulaci. Jednotlivé stránky nabídky nebudou obsahovat opravy a přepisy a budou očíslovány.

8.8 Elektronická verze nabídky: Nabídka bude zpracována též v digitální formě na CD, které bude přiloženo k písemné verzi. CD bude obsahovat doplněný návrh smlouvy, včetně vyplněných technických listů, návod v českém jazyce a prohlášení o shodě.

9. Lhůta pro podání nabídek

9.1 Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o veřejnou zakázku podat svou nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Každý dodavatel musí doručit zadavateli nabídku včetně informací o kvalifikaci nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené zadavatelem v oznámení zadávacího řízení. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou komisí otevřeny a uchazeči o veřejnou zakázku budou bezodkladně vyrozuměni o tom, že jejich nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek (viz ustanovení § 71 odst. 6 ZVZ).

9.2 Každý dodavatel může podat v otevřeném řízení pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky (viz ustanovení § 69 odst.1 ZVZ).

9.3 Lhůta pro podání nabídek, je stanovena v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 písm. a bod 1. ZVZ na **23.5.2012 do 14:00 hod.**

10. Způsob a místo pro podání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

10.1 Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně na adresu Thomayerova nemocnice - právní oddělení TN (u kontaktní osoby pí. Hany Mašterové), a to v pracovních dnech od 8,00 hod do 15,00. hod. v pátek do 13,00 hod.

- 10.2 Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu pověřené osoby zadavatele, a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky.

11. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

- 11.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne, hodinu a na místě určeném zadavatelem v oznámení zadávacího řízení, a to v souladu s ustanovením § 71 ZVZ, a to dne **24.5.2012 od 10:00 hod v sídle zadavatele, pavilon-D, ředitelství 2. patro – zasedací místnost č. D 211 Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800/5, 140 59 Praha 4 - Krč**
- 11.2 Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě zadavatele a členů komise pro otevírání obálek, i jeden zmocněný zástupce každého uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku, který podal nabídku (vybavený plnou mocí uchazeče). Osoba zastupující uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek (viz ustanovení § 71 odst. 7 ZVZ).

12. Hodnocení nabídek

- 12.1. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ podle **nejnižší nabídkové ceny**. V každé části této veřejné zakázky bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou hodnocena jako nejvýhodnější. Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH v celých korunách českých.
- 12.2 V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje o pořadí los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky měly shodnou nabídkovou cenu.

13. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

- 13.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 ZVZ.
- 13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění případně mimořádně nízké nabídkové ceny.
- 13.3 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před podpisem kupní smlouvy předvedení a ověření všech funkcí přístroje požadovaných v technické specifikaci.
- 13.4 Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v nabídce uchazeče.
- 13.5 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnění výsledků zadávacího řízení, včetně údajů o hodnotách parametrů vybrané nabídky, jakož i právo zveřejnění všech náležitostí budoucího smluvního vztahu s vítězným uchazečem.
- 13.6 Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání nevrací.
- 13.7 Zadávací dokumentace je v informativní podobě k dispozici na profilu zadavatele: www.ftn.cz.

14. Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 – krycí list nabídky /závazný vzor/
- Příloha č. 2 – závazný návrh smlouvy /doplňující uchazeč/

V Praze dne 28.3.2012

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, v.r.

ředitel

KRYCÍ LIST NABÍDKY na veřejnou zakázku	
Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů	
Název : „TN Praha 4 - Rekonstrukce akutních chirurgických provozů - pavilon U – dodávka zdravotnických přístrojů“	
Základní identifikační údaje	
Zadavatel	
Název	Thomayerova nemocnice
Sídlo	Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
IČ	00064190
DIČ	CZ 00064190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel
Kontaktní osoba	Hana Mašterová
Tel/fax	261 083 507
E-mail	hana.masterova@ftn.cz
Uchazeč	
Název	
Sídlo/místo podnikání	
Tel/fax	
E-mail	
IČ	
DIČ	
Spisová značka v obchodním rejstříku	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	
Kontaktní osoba (adresa)	

Kritéria pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: nejnižší nabídková cena

Část VZ		Ks	Nabídková cena bez DPH (v CZK)
1.	Svítilno operační LED - dvouramenné	1	
2.	Laparoskopická sestava	1	
3.	Elektrochirurgická jednotka – dovybavení	1	
4.	Stanice infuzní	2	
5.	Fetální monitor	1	
6.	EKG přístroj	1	
7.	Ventilátor transportní pro ARO	1	

- Uchazeč vyplní pouze ty řádky, na které podává nabídku

Po prostudování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme realizaci výše uvedené VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, v rozsahu a za podmínek stanovených a nikoli vyšší a předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši NABÍDKU zpracovanou v souladu se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ. Prohlašujeme, že jsme touto NABÍDKOU vázáni po celou dobu **zadávací lhůty (tj. 90 dnů)**, a v případě, že nám bude vámi přidělena tato VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, budou informace uvedené v naší NABÍDCE pro nás zavazující k uzavření SMLOUVY. Dále prohlašujeme, že souhlasíme se ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI uvedenými ZADAVATELEM v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A SOUHLASÍME SE ZVEŘEJNĚNÍM VŠECH NÁLEŽITOSTÍ BUDOUCÍHO SMLUVNÍHO VZTAHU. Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním NABÍDKY vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných stavebních prací a dodávek v souvislosti s plněním této VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	
Funkce:	
Titul, jméno a příjmení :	
Podpis:	
Razítko:	

KUPNÍ SMLOUVA

číslo:

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění dále jen „Obchodní zákoník“.

Smluvní strany

- 1. Kupující:** **Thomayerova nemocnice** státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR úplné znění zřizovací listiny č.j. MZDR 57427/2011
- Sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Zastoupen: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel
DIČ: CZ00064190
IČ: 00064190
Číslo účtu: 36831-041/0100
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4
- Vyřizuje: Lenka Štorkánová
Telefon: +420 261 083 702
Fax: +420 261 082 523
E-mail: lenka.storkanova@ftn.cz

(dále jen kupující)

a

- 2. Prodávající:**
- Sídlo:
- Zastoupen:
- DIČ:
- IČ:
- Číslo účtu:
- Banka:
- Zapsán v obch. rejstříku:
- Vyřizuje:
- Telefon:
- Fax:
- E-mail:

(dále jen prodávající)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na část veřejné zakázky (doplň uchazeč- část VZ, druh veřejné zakázky popř. číslo ze dne)

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

(název, typ, výrobní číslo dodávaného přístroje – doplň uchazeč)

dle specifikace uvedené v Příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně

- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu.
- dodání 2x návodu na obsluhu v českém jazyce (v tištěné podobě a 2x na CD),
- dodání prohlášení o shodě (s uvedením třídy ZP),
- příslušnou dokumentaci podle zákona č.18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění (*pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje*)
- příslušnou dokumentaci podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, (*pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje*),
- příslušnou dokumentaci podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, (*pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje*),
- komplexního zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dodání protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu.

2. Cena

2.1 Cena

Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuje níže uvedené jednotlivé komponenty (cena přístroje, montáž (instalace) včetně uvedení do provozu, doprava, zaškolení obsluhy a údržby) a činí:

Kupní cena bez DPHKč
DPH (sazba ...%).Kč

Příslušná specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalaci předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, bezpečnostní technické prohlídky dle zákona č. 123/2000 Sb. a komplexní zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu.

Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady oproti této kupní smlouvě jsou nepřijatelné. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti s případnými vícepracemi či méněpracemi, vyvolaných kupujícím a v souvislosti se změnou sazby DPH.

3. Platební podmínky a fakturace

3.1. Platební podmínky

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Fakturace

Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem od doručení faktury ve dvojitým vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto:

Faktura bude uhrazena ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury. Kupující si zároveň vyhrazuje právo, aby nebyl penalizován úrokem z prodlení do 30 dnů po lhůtě splatnosti, s čímž prodávající souhlasí.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- IČ
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,

- soupis příloh.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději **do 30.11.2012** .

4.2. Přejímka předmětu smlouvy:

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu po povinné prohlídce kupujícím a podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený statutárním zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

V případě, že pověřený zaměstnanec kupujícího odmítne předávací protokol pro jakékoliv nesrovnalosti podepsat, nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat zaměstnanec prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

4.3. Doklady vztahující se k předmětu smlouvy

Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace tzn. návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě (s určenou třídou ZP), jakož i příslušnou dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění, zákona č.123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, (pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje), protokol o zaškolení obsluhy, výchozí elektrovizí předmětu dodávky, záruční list a dodací list.

4.4. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč, pavilon U - gynekologie.

4.5. Součinnost smluvních stran

Prodávající zajistí zaškolení zaměstnanců kupujícího do obsluhy předmětu smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující se zavazuje umožnit příjezd dopravci do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu smlouvy.

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu smlouvy minimálně 5 dnů před plánovaným termínem zaměstnancům odboru zdravotní techniky kupujícího na kontakty: lenka.storkanova@ftn.cz, mobilní telefon č. 737273587.

4.6. Závazek mlčenlivosti

Prodávající je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním kupní smlouvy a dodržováním bezpečnostních požadavků jak jsou stanoveny a požadovány kupujícím.

4.7. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním předmětu smlouvy kupujícímu, tj. po podpisu předávacího protokolu.

Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy. Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího.

4.8. Smluvní pokuty

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.

V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle bodu 4.3. této smlouvy kupujícímu, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny zboží za každý započatý den až do splnění této povinnosti.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odstranění závad stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 %, z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhrada škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle čl. 3.2. této smlouvy, může prodávající požadovat úrok z prodlení podle platného nařízení vlády ČR.

4.9. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 344 a násl. obchodního zákoníku v platném znění)
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Záruka

Prodávající po dobu záruky přístroje bude zajišťovat bezplatně záruční opravy a pravidelné technicko-

bezpečnostní kontroly dle zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a plnění zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění (*pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje*) a případný upgrade software. Kupující je povinen vyzvat prodávajícího písemnou výzvou k provedení pravidelné technicko-bezpečnostní kontroly. Prodávající má povinnost na tyto prohlídky nastoupit do 10ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na předmět smlouvy záruku na dobu měsíců (nejméně 24 měsíců) od uvedení přístroje do provozu. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.

5.2. Servisní podmínky

Servisní služby v záruční době budou zajišťovány 365 dní v kalendářním roce.

Zahájení opravy nejpozději do 24 hod. od nahlášení závady.

Lhůta pro odstranění závad zpravidla nebude delší než 3 dny. Pokud bude lhůta pro odstranění závad delší jak tři kalendářní dny, prodávající se zavazuje zapůjčit náhradní přístroj po dobu opravy (pokud to charakter přístroje dovolí). Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závad prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít minimálně po dobu záruky ode dne uvedení přístroje do provozu a podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Součástí záruky jsou pravidelné zákonné prohlídky zdarma.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS:

za prodávajícího / smluvní strana

Název společnosti:

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Prodávající v příloze č. 2 této smlouvy předkládá návrh podmínek pozáručního servisu, které jako samostatnou smlouvu uzavře na základě výzvy kupujícího. Pozáruční opravy a servis bude provádět po celou dobu životnosti přístroje (minimálně po dobu 8 let).

5.3. Reklamacce

Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:

- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
- právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického hlediska,
- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady. Za opakující se vady pokládají smluvní strany výskyt vady nejméně 3 krát.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou zaměstnanci kupujícího, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

V ostatních případech platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

6. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena předmětu smlouvy včetně DPH.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním náležitostí této smlouvy.

Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

V Praze dne

Za kupujícího:

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel

V Praze dne

Za prodávajícího:

.....
.....

Přílohy: Příloha č. 1 - Položkový seznam dodávky s technickým popisem a cenou
/doplň uchazeč/.

Příloha č. 2 - Ceny servisních prací pro pozáruční servis /tabulku vyplní uchazeč/

Položkový seznam dodávky s technickým popisem a cenou

	Název, typ, model	Ks	Cena bez DPH (v CZK)	DPH ...%(v CZK)
1	Svítlidlo operační LED - dvouramenné	1		
2	Laparoskopická sestava	1		
3	Elektrochirurgická jednotka – dovybavení	1		
4	Stanice infuzní	2		
5	Fetální monitor	1		
6	EKG přístroj	1		
7	Ventilátor transportní pro ARO	1		

- Dodavatel vyplní pouze řádky s dodávanými přístroji

Ceny servisních prací pro pozáruční servis

Struktura servisních služeb: veškeré služby jsou kalkulovány v uvedených sazbách při splatnosti 90 dní ode dne vystavení faktury s lhůtou dalších 30 dní po termínu splatnosti bez penalizace										
Servisní organizace pro pozáruční servis: Adresa: Kontakt:		Reakční doby		Bezpečnostně technické kontroly dle zák. č. 123/2000 Sb. v plat. znění validace, kalibrace a úřední ověření dle zák. č. 505/1990 Sb. v plat. znění a ZDS dle atomového zákona č. 18/1997 Sb.		Ostatní				
	Název a typ přístroje	Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hod.	Nástup na odstranění v hod.	Cena v Kč vč. DPH	Četnost	Cena práce servisního pracovníka v Kč/ hod. včetně DPH	Cena dopravy v Kč/ km včetně DPH	Ztráta času servisního pracovníka na cestě v Kč/ hod. včetně DPH	Celkové náklady na dopravu (cena za km x počet účtovaných km + ztráta času na cestě) nebo paušálně účtovaná částka včetně DPH	Servisní středisko (adresa)
1										
2										
3										
4										